

## PRINZIP UND VERWENDUNGSZWECK

Die **Keto-Mojo™** -Kontrolllösung enthält eine bekannte Menge an Glukosekonzentration. Die Kontrolllösung hilft dabei sicher zu stellen, dass das Gerät korrekt funktioniert und die Teststreifen das Gerät zusammenpasst, damit Sie den Test richtig durchführen können.

Sie sollen einen Qualitätskontrolltest durchführen:

- Mindestens einmal die Woche.
- Wenn Sie eine neue Dose Teststreifen öffnen.
- Wenn Sie das Gerät und die Teststreifen überprüfen wollen.
- Wenn die Teststreifen bei extremer Temperatur oder Luftfeuchtigkeit gelagert wurden.
- Nachdem Sie das Gerät gereinigt haben.
- Wenn das Gerät herunter gefallen ist
- Wenn das Ergebnis nicht mit Ihrem Gefühl übereinstimmt.

Es stehen zwei Kontrolllösungsstufen mit der Bezeichnung Normal (**CTRL 2**) und Hoch (**CTRL 3**) zur Verfügung. Kontrolllösung 2 ist für die meisten Selbsttests ausreichend. Wenden Sie sich an **Keto-Mojo**, um Informationen zum Kauf von Kontrolllösungen zu erhalten.

## CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG

Kontrolllösung Normal enthält weniger als 0,2% Glucose (Wirkstoff) und Kontrolllösung Hoch enthält weniger als 0,3% Glucose (Wirkstoff), beide Kontrolllösungen enthalten Konservierungsstoffen in einer Mischung auf Wasserbasis.

## LAGERUNG UND HANDHABUNG

- Bewahren Sie die Kontrolllösung bei 2-30 °C (36-86 °F) auf.
- Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.
- Wenn die Kontrolllösung kalt ist, verwenden Sie sie erst, wenn sie sich auf Raumtemperatur erwärmt hat.
- Vor dem auf der Flasche angegebenen Verfallsdatum verwenden.
- Hinweis:** Alle Verfallsdaten werden im Format Jahr-Monat gedruckt. 2021-01 gibt den Januar 2021 an.
- Die Kontrolllösung läuft 6 Monate nach dem ersten Öffnen der Flasche ab. Notieren Sie dieses Datum auf dem Flaschenetikett.
- Hinweis:** Entsorgen Sie die abgelaufene Kontrolllösung gemäß den örtlichen Bestimmungen.

## VORSICHTSMASSNAHME

- Für die In-vitro-Diagnostik. Die Kontrolllösung dient nur zum Testen außerhalb des Körpers. Schlucken oder spritzen Sie nicht. Für einen Selbsttest und für den professionellen Gebrauch.
- Vor Gebrauch gut schütteln.
- Führen Sie den Test mit Kontrolllösung bei einer Temperatur zwischen 10 °C und 40 °C durch.
- Die auf dem Streifenfeld oder den Etiketten angegebenen Kontrollbereiche sind kein empfohlener Bereich für Ihren Blutzuckerspiegel. Ihr persönlicher Blutzucker-Zielbereich sollte von Ihrem Diabetesberater festgelegt werden.
- Die Spitze des Teststreifens soll die Kontrolllösung Flasche nicht berühren. Damit die Kontrolllösung nicht durch die Kontakt mit Teststreifen verunreinigt wird.
- Verwenden Sie die Kontrolllösung nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Verwenden Sie Kontrolllösung nur von **Keto-Mojo™** mit Ihrem **Keto-Mojo™ GKI** Testgerät und **Keto-Mojo™** Teststreifen.

## ERFORDERLICHE MATERIALIEN

- Kontrolllösung
- Verpackungsbeilage

## SONSTIGE ERFORDERLICHE MATERIALIEN ZU EXTRA BESTELLUNG

- Messgerät
- Teststreifen

## GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Schalten Sie das Messgerät ein, indem Sie einen neuen Teststreifen einlegen. Weitere Informationen zur Bedienung des Messgeräts finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Messgeräts.
2. Schütteln Sie die Kontrolllösungsflasche gründlich. Die Kontrolllösungsflasche leicht zusammendrücken und den ersten Tropfen verwerfen. Nach der Entfernung von dem ersten Tropfen schütteln Sie die Flasche erneut und testen Sie gleich mit dem nächsten Tropfen.
3. Platzieren Sie den zweiten Tropfen auf eine saubere und harte Oberfläche und halten Sie die Teststreifen spitze an den Tropfen und lassen Sie die Kontrolllösung von Teststreifen ansaugen bis das Gerät piept.  
**Hinweis:** Tragen Sie die Kontrolllösung nicht direct aus der Flasche auf den Teststreifen auf.  
Wenn der Kontrolllösungstropfen das Kontrollfenster nicht vollständig ausfüllt, fügen Sie keinen zweiten Tropfen hinzu. Verwerfen Sie den Teststreifen und beginnen Sie erneut mit einem neuen Teststreifen.
4. Lesen Sie das Ergebnis nach dem Piepton von der Anzeige ab.

## ERWARTETE ERGEBNISSE

Die Testergebnisse der Kontrolllösung sollten innerhalb des Kontrollbereichs liegen. Die Bereiche für 2 Ebenen (**CTRL 2** und **CTRL 3**) werden auf dem Streifenfeld oder den Etiketten angezeigt. Zur Bestätigung der Ergebnisse sollten die normalen Kontrolllösungstests in den Bereich von **CTRL 2** und die hohen Kontrolllösungstests in den Bereich von **CTRL 3** fallen. Wenn die Testergebnisse mit Kontrolllösung innerhalb des angegebenen Kontrollbereichs liegen, zeigt dies an, dass Ihr Multifunktionsüberwachungssystem ordnungsgemäß funktioniert und Sie den Vorgang ordnungsgemäß durchführen.

Wenn die Testergebnisse nicht in dem erwarteten Bereich liegen:

- Überprüfen Sie das Verfallsdatum des Teststreifens und der Kontrolllösung. Stellen Sie sicher, dass die Kontrolllösungsflasche nicht länger als 6 Monate geöffnet wurde. Abgelaufene Teststreifen oder Kontrolllösung verwerfen.
- Stellen Sie sicher, dass die Temperatur zwischen 10 und 40 °C liegt.
- Stellen Sie sicher, dass die Kontrolllösungsflaschen fest verschlossen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Kontrolllösung von **Keto-Mojo™** verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Testverfahren richtig durchgeführt haben.

Nachdem Sie alles überprüft haben, wiederholen Sie den Test mit neuem Teststreifen. Wenn die Ergebnisse immer noch außerhalb der auf dem Teststreifen-Etikett oder auf dem Folienbeutel stehendem Bereich liegen, funktioniert Ihr Gerät wahrscheinlich nicht ordnungsgemäß. Benutzen Sie das Gerät **NICHT** für den Blutzuckertest. Kontaktieren Sie **Keto-Mojo** für weitere Unterstützung.

## INDEX VON SYMBOLEN

	Gebrauchsanweisung beachten		Verwendet von		Katalognummer		Nur zur In-vitro-Diagnostik
	Chargennummer		Kontrollbereich		Hersteller		Temperaturbegrenzungen
	Bevollmächtigter Vertreter						Nutzung um 6 Monate ab Eröffnung



Manufactured For:  
Keto-Mojo Europe BV  
Ground, 1st, 2nd and 3rd floor  
Joop Geesinkweg 901-999  
Amsterdam-Duivendrecht  
1114 AB, Netherlands

Manufactured By:  
VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.  
Level 2, Block 2, 146 East Chaofeng Rd.,  
Yuhang Economy Development Zone,  
Hangzhou, 311100, China



 Landlink GmbH  
Dorfstrasse 2/4  
Emmendingen, Germany  
Tel / Fax: 0049 7641 9626855  
E-mail: info@landlink.eu