

KONTROL SOLÜSYONU Paket Broşürü

PRENSİP VE KULLANIM AMACI

Keto-Mojo™ Kontrol Solüsyonu bilinen bir glikoz konsantrasyonunu içerir. **Keto-Mojo™** Kan Şekeri Test Striplerinin ve **Keto-Mojo™ GKI** Çok Fonksiyonlu Ölçüm Cihazınızın birlikte çalıştığını ve testi doğru yaptığınızı onaylamak için kullanılır.

Kalite kontrol testi yapmanız gereken durumlar:

- En az haftada bir kez
- Yeni bir test strip kutusu açtığınızda
- Ölçüm aletini ve test striplerini kontrol etmek istediğinizde
- Test striplerinin aşırı sıcaklık veya nemde saklandığında
- Ölçüm Cihazınızı temizledikten sonra
- Ölçüm Cihazınızı düşürdüyse
- Test sonucunuz hissettiğinizle uyuyuyorsa

Kontrol Solüsyonu Normal (**CTRL 2**) ve Kontrol Solüsyonu Yüksek (**CTRL 3**) etiketli iki kontrol solüsyonu bulunur. Kontrol Solüsyonu 2, çoğu sınamaya gereksinimi için yeterlidir. Kontrol çözümleri satın alma hakkında bilgi için **Keto-Mojo** ile iletişime geçin.

BİLEŞTİRME, KOMPOZİSYON

Kontrol Solüsyonu Normal% 0,2'den az glikoz (aktif bileşen) içerir ve Kontrol Solüsyonu Yüksek% 0,3'ten az glikoz (aktif bileşen) içerir, sulu bazlı bir karışımda koruyucuları olan iki seviyeli kontrol solüsyonu.

DEPOLAMA VE KULLANIM

- Kontrol solüsyonunu 2-30 °C'de (36-86 °F) saklayın.
- Soğutmayın veya dondurmayın.
- Kontrol çözeltisi soğuksa, oda sıcaklığına ısınana kadar kullanmayın.
- Şişede gösterilen son kullanma tarihinden önce kullanın.
- Not:** Tüm son kullanma tarihleri Yıl-Ay-Gün formatında basılmıştır. 2021-01, Ocak 2021'i gösterir.
- Kontrol çözeltisi, şişenin ilk kez açılmasından 6 ay sonra sona erecektir. Bu atma tarihini şişe etiketine kaydedin.
- Not:** Son kullanma tarihi geçmiş kontrol solüsyonunu yerel düzenlemelere göre atın.

ÖNEMLER

- In vitro diagnostik kullanım içindir. Kontrol solüsyonu sadece vücuttan dışında test etmek içindir. Yutmayın veya enjekte etmeyin. Kendi kendine test ve profesyonel kullanım için.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Kontrol solüsyonu testlerinin yalnızca 10 ila 40 °C (50-104 °F) arasında test edildiğinde doğru olduğu belirtilmiştir.
- Strip kutusunda veya etiketlerde gösterilen kontrol aralıkları kan şekeri seviyeniz için önerilen bir aralık değildir. Kişisel kan şekeri hedef aralıklarınız diyabet sağlık uzmanınız tarafından belirlenmelidir.
- Test şeridinin ucuna kontrol solüsyonu şişesine dokunmayın. Bu, kirlenici maddelerin kontrol çözeltisi şişesine girmesine neden olabilir.
- Paket hasarlıysa kontrol solüsyonunu kullanmayın.
- **Keto-Mojo™** Çok Fonksiyonlu Ölçüm Cihazınız ve **Keto-Mojo™ GKI** marka test stripleriyle yalnızca **Keto-Mojo™** marka kontrol solüsyonunu kullanın.

GEREKLİ MALZEMELER

- Kontrol Solüsyonu
- Paket İçeriği

GEREKLİ AMA SAĞLANMAYAN MALZEMELER

- Ölçüm Cihazı
- Test Stripleri

KULLANIM İÇİN TALİMATLAR

1. Yeni bir test şeridi takarak sayacı açın. Ölçüm aletinin kullanımıyla ilgili ölçüm aletinin Kullanıcı El Kitabı detaylarına bakın.
2. Kontrol çözeltisi şişesini iyice sallayın. Kontrol solüsyonu şişesini yavaşça sıkın ve ilk damlayı atın. Uç tıkanır, ucu temiz, sert bir yüzeye hafifçe vurun, tekrar sallayın ve ardından kullanın. Kontrol çözeltisi sıkıldıktan hemen sonra test edin.
3. Temiz bir emici olmayan yüzey üzerinde ikinci bir küçük damlayı sıkın. Test şeridinin örnek ucuna, sayaç bip sesi çıkana kadar kontrol solüsyonu damlasına dokunun.
Notlar: Test şeridine doğrudan şişeden kontrol çözeltisi uygulamayın.
Kontrol solüsyonu örneği kontrol penceresini tamamen doldurmuyorsa, ikinci bir damla eklemeyin. Test şeridini atın ve yeni bir test şeridi ile yeniden başlayın.
4. 5 saniye sonra sayaç ekranındaki sonucu okuyun.

BEKLENEN SONUÇLAR

Kontrol solüsyonu test sonuçları kontrol aralığında olmalıdır. 2 seviye aralıkları (**CTRL 2** ve **CTRL 3**) strip kutusunda veya etiketlerde görüntülenir. Sonuçların doğrulanması için, Kontrol Solüsyonu Normal testleri **CTRL 2** aralığına girmeli ve Kontrol Solüsyonu Yüksek testleri **CTRL 3** aralığına girmelidir. Kontrol solüsyonu ile test sonuçları belirtilen kontrol aralığındaysa, Çok Fonksiyonlu İzleme Sisteminizin düzgün çalıştığını ve prosedürü doğru yaptığınızı gösterir. Kontrol solüsyonu testleri sonuçları ilgili aralığa dahil değildir:

- Test şeridi ve kontrol çözeltisinin son kullanma tarihini kontrol edin. Kontrol solüsyonu şişesinin 6 aydan fazla bir süre için açılmadığından emin olun. Son kullanma tarihi geçmiş test striplerini veya kontrol solüsyonunu atın.
 - Test ettiğiniz sıcaklığın 10 ila 40 °C (50-104 °F) arasında olduğunu onaylayın.
 - Kontrol solüsyonu şişelerinin sıkıca kapatıldığından emin olun.
 - **Keto-Mojo™** marka kontrol solüsyonunu kullandığınızı doğrulayın.
 - Test prosedürünü doğru uyguladığınızdan emin olun.
- Yukarıda listelenen tüm koşulları kontrol ettikten sonra, kontrol solüsyonu testini yeni bir test şeridi ile tekrarlayın. Sonuçlarınız kit kutusunda veya etiketlerinde belirtilen aralıktan düşüyorsa, ölçüm aletiniz düzgün çalışmıyor olabilir. Kanı test etmek için sistemi KULLANMAYIN. Destek için **Keto-Mojo** ile iletişime geçin.
- Talimatların tamamı için, lütfen cihazınızla birlikte verilen Kullanım Kılavuzuna bakınız. Bu ürünle ilgili ek sorularınız veya sorunlarınız için lütfen **Keto-Mojo** ile iletişime geçin.

SEMBOL AÇIKLAMALARI

	Kullanım talimatlarına başvurun		Son kullanma tarihi		Katalog numarası		Sadece in vitro tanılama kullanımı için
	Lot numarası		Kontrol aralığı		İmalatçı		Sıcaklık Sınırı
	Yetkili Temsilci						Açıldıktan sonra 6 ay içerisinde kullanın



Manufactured For:
Keto-Mojo Europe BV
Ground, 1st, 2nd and 3rd floor
Joop Geesinkweg 901-999
Amsterdam-Duivendrecht
1114 AB, Netherlands

Manufactured By:
VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
Level 2, Block 2, 146 East Chaofeng Rd.,
Yuhang Economy Development Zone,
Hangzhou, 311100, China



  Landlink GmbH
Dorfstrasse 2/4
Emmendingen, Germany
Tel / Fax: 0049 7641 9626855
E-mail: info@landlink.eu